Accreditation Criteria: INSO/ISO15189:2025, 2nd. Revision **ISO15189:2022** Accreditation Certificate No.: **IACLD-ML16:00** Issue Date:04/20/2026 Scope Extension Date: Renewal Date: Expiry Date: :04/20/2028 Scope of accreditation: in the appendix	Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors IACLD **گواهینامه اعتباربخشی آزمایشگاه پزشکی** **Medical Laboratory Accreditation Certificate**	معیار اعتباربخشی : استاندارد ملی ایران ایزو۱۵۱۸۹ (تجدید نظر دوم۱۴۰۳) شماره گواهینامه اعتباربخشی : **IACLD-ML16:00** تاریخ صدور گواهینامه : ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ تاریخ افزایش دامنه اعتبار: تاریخ تجدید گواهینامه: تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه: ۱۴۰۷/۰۱/۳۱ دامنه شمول اعتباربخشی:.مطابق پیوست

Accreditation Body of Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors (AB-IACLD)
herewith confirms that :

نهاد اعتباربخش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران (AB-IACLD)
بدین وسیله تأیید می‌نماید که :

Medical Laboratory:
Erythron Pathobiology Laboratory

آزمایشگاه پزشکی :
آزمایشگاه پاتوبیولوژی اریترون

Address: West Sheikh Mofid Street-North Sheikh Sadouq Street- Isfahan
Tel: (+98)-031-37134
Fax :
E-mail/Website :
erythronqc@gmail.com
https://erythron-lab.ir

نشانی: اصفهان -خیابان شیخ صدوق شمالی – شیخ مفید غربی
تلفن: ۳۷۱۳۴-۰۳۱
دورنگار :
پست الکترونیک/سایت اینترنتی:
erythronqc@gmail.com
https://erythron-lab.ir

Has fulfilled the requirements for accreditation within the scope in the appendix of this document .

الزامات اعتباربخشی را در دامنه شمول تعیین شده در پیوست این مدرک، برآورده نموده است.

Accreditation Criteria: INSO/ISO15189:2025, 2nd .Revision **ISO15189:2022** Accreditation Certification NO.: **IACLD-ML16:00** Issue Date: 04/20/2026 Scope Extension Date: Renewal Date: Expiry Date: 04/20/2028 Scope of accreditation in the appendix	**گواهینامه اعتباربخشی آزمایشگاه پزشکی** **Medical Laboratory** **Accreditation Certificate**	معیار اعتباربخشی : استاندارد ایران ایزو۱۵۱۸۹ (تجدید نظر اول۱۳۹۳) شماره گواهینامه اعتباربخشی : **IACLD-ML16:00** تاریخ صدور گواهینامه : ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ تاریخ افزایش دامنه اعتبار: تاریخ تجدید گواهینامه: تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه: ۱۴۰۷/۰۱/۳۱ دامنه شمول اعتباربخشی طبق پیوست

Appendix- Scope of Accreditation:

Erythron Pathobiology Laboratory

* A star mark indicates **"Extended"** items in the scope

پیوست- دامنه اعتباربخشی:

آزمایشگاه پاتوبیولوژی اریترون

*ردیف های ستاره دار نشان دهنده افزایش دامنه اعتبار است.

No	Discipline	Analyte/Test	Test sample	Test Method	Reference: National International Standards/ In-house methods/ Equipment/
1	Clinical chemistry	Glucose	serum	Glucose Oxidase	Mindray BS800M
2	Clinical chemistry	ALT	serum	Tris buffer without P5P	Mindray BS800M
3	Clinical chemistry	AST	serum	Tris buffer without P5P	Mindray BS800M
4	Clinical chemistry	Creatinine	serum	Jaffe	Mindray BS800M
5	Clinical chemistry	Triglycerides	serum	Lipase / Glycerol/Dehydrogenase	Mindray BS800M
6	Clinical chemistry	Cholesterol	serum	Cholesterol Oxidase	Mindray BS800M

Accreditation Criteria: INSO/ISO15189:2025, 2nd .Revision **ISO15189:2022** Accreditation Certification NO.: **IACLD-ML16:00** Issue Date: 04/20/2026 Scope Extension Date: Renewal Date: Expiry Date: 04/20/2028 Scope of accreditation in the appendix	**گواهینامه اعتباربخشی آزمایشگاه پزشکی** **Medical Laboratory Accreditation Certificate**	معیار اعتباربخشی : استاندارد ایران ایزو۱۵۱۸۹ (تجدید نظر اول۱۳۹۳) شماره گواهینامه اعتباربخشی : **IACLD-ML16:00** تاریخ صدور گواهینامه : ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ تاریخ افزایش دامنه اعتبار: تاریخ تجدید گواهینامه: تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه: ۱۴۰۷/۰۱/۳۱ دامنه شمول اعتباربخشی طبق پیوست

Appendix- Scope of Accreditation:

Erythron Pathobiology Laboratory

* A star mark indicates **"Extended"** items in the scope

پیوست- دامنه اعتباربخشی:

آزمایشگاه پاتوبیولوژی اریترون

*ردیف های ستاره دار نشان دهنده افزایش دامنه اعتبار است.

No	Discipline	Analyte/Test	Test sample	Test Method	Reference: National, International Standards/ In-house methods/ Equipment/
7	Clinical chemistry	Urea	serum	Urease /kinetic	Mindray BS800M
8	Hormone	TSH	serum	ECL	Cobas e 411
9	Hormone	Ferritin	serum	ECL	Cobas e 411
10	Hormone	Prolactin	serum	ECL	Cobas e 411
11	Hormone	BhCG	serum	ECL	Cobas e 411
12	Hematology	Complete blood count (CBC) with Differential	Whole Blood	Flow Cytometry And check by the manual microscope method	Mindray6800 Plus

Accreditation Criteria:
INSO/ISO15189:2025, 2nd .Revision
ISO15189:2022
Accreditation Certification NO.:
IACLD-ML16:00
Issue Date: 04/20/2026
Scope Extension Date:
Renewal Date:
Expiry Date: 04/20/2028
Scope of accreditation in the appendix

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors
IACLD

گواهینامه اعتباربخشی آزمایشگاه پزشکی
Medical Laboratory Accreditation Certificate

معیار اعتباربخشی :
استاندارد ایران ایزو۱۵۱۸۹
(تجدید نظر اول۱۳۹۳)
شماره گواهینامه اعتباربخشی :
IACLD-ML16:00
تاریخ صدور گواهینامه : ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
تاریخ افزایش دامنه اعتبار:
تاریخ تجدید گواهینامه:
تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه: ۱۴۰۷/۰۱/۳۱
دامنه شمول اعتباربخشی طبق پیوست

Appendix- Scope of Accreditation:
Erythron Pathobiology Laboratory
* A star mark indicates **"Extended"** items in the scope

پیوست- دامنه اعتباربخشی:
آزمایشگاه پاتوبیولوژی اریترون
*ردیف های ستاره دار نشان دهنده افزایش دامنه اعتبار است.

No	Discipline	Analyte/Test	Test sample	Test Method	Reference: National, International Standards/ In-house methods/ Equipment/
13	Hematology	WBC	Whole Blood	Hydrodynamic Focusing (DC Detection), Flow Cytometry	Mindray6800 Plus
14	Hematology	RBC	Whole Blood	Hydrodynamic Focusing (DC Detection), Flow Cytometry	Mindray6800 Plus
15	Hematology	Hgb	Whole Blood	Hydrodynamic Focusing, Flow /Sodium Lauryl Sulfate Hemoglobin	Mindray6800 Plus
16	Hematology	MCV	Whole Blood	Hydrodynamic Focusing (DC Detection), Flow Cytometry	Mindray6800 Plus
17	Hematology	Platelets	Whole Blood	Hydrodynamic Focusing (DC Detection), Flow Cytometry	Mindray6800 Plus
18	Hematology	PT	Plasma	Clotting, chromogenic based viscosity-based detection system (VBDS	Stago-5TA Compact Max2
19	Hematology	aPTT	Plasma	Clotting, chromogenic based viscosity-based detection system (VBDS	Stago-5TA Compact Max2